



1 – INFORMAÇÕES GERAIS

Nº do Estudo Técnico Preliminar: 046/2024

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Área solicitante: Secretaria Municipal de Saúde

2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Unidade de Saúde atendem dezenas de pacientes por dia. São inúmeros os problemas de saúde que acometem os cidadãos, inclusive doenças de cunho contagioso, sendo assim os profissionais atuantes devem ter todos os cuidados no atendimento. Em decorrência do alto risco de contágio, dentro da unidade, é importante que os profissionais tomem uma série de medidas de segurança a saúde desses pacientes. A esterilização dos materiais de atendimento que estão em contato com o paciente deve ser seguida de acordo com as orientações das autoridades sanitárias, portanto o equipamento de Autoclave é usado para esse fim. Sendo necessário que esta esteja sempre em bom funcionamento, sempre disponível para uso. Devido ao uso contínuo desses equipamentos, as autoclaves podem apresentar falhas técnicas gerando riscos para a saúde dos pacientes. Por isso a manutenção preventiva ou corretiva do equipamento é imprescindível.

3- REQUISITANTE:

Secretário Municipal de Saúde

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

A prestação do serviço será de natureza continuada, pois a revisão do equipamento deve ser constante, para possíveis problemas de funcionamento ou troca de peças importantes, sendo assim é necessário a elaboração de contrato. A obrigação da empresa será de revisar os equipamentos de autoclave e fazer a troca de peças, semestralmente ou quando necessário.



Para atingir o objetivo do serviço com êxito os seguintes requisitos devem ser atendidos:

- Empresa que preste serviço de revisão/manutenção de autoclaves e troca de peças como: câmara de Pressão, sensor de temperatura, resistência 100/220v, manômetro de pressão, guarnição de porta, válvula de segurança, válvula de despressurização com bobina, painel de comando, placa de circuitos e demais peças exclusivas do equipamento.

Esses requisitos são fundamentais para selecionar um prestador que atenda às necessidades específicas e que ofereça a segurança necessária para o bom funcionamento do equipamento.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Devido à alta demanda de procedimentos realizados na unidade de saúde e necessidade de utilização dos equipamentos de autoclave para esterilizar os materiais a Secretaria Municipal de Saúde já realizou diversas manutenções e consertos para que os mesmos estejam sempre funcionando corretamente. E, sabe-se que existem ótimos prestadores desse serviço na região.

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O serviço prestado deve ser realizado por empresa qualificada neste tipo de serviço e para os equipamentos específicos. Devem ser semestralmente e sempre que o contratante achar necessário a troca de peças.

Os serviços serão prestados dentro da Secretaria de Saúde, onde estão as autoclaves, sendo necessário a retirada do equipamento pela empresa, apenas para serviços que a contratada achar necessário.

Na revisão do equipamento deve sempre ser avaliado o seu funcionamento, sendo necessário troca de peças ou apenas manutenção.

7- ESTIMATIVAS DA QUANTIDADE A SEREM CONTRATADAS

A contratação será de uma empresa para realizar semestralmente a manutenção preventiva dos equipamentos de autoclaves e troca de peças sempre que necessário.



8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Para revisão/manutenção a estimativa será de R\$ 520,00 por autoclave e para troca das peças quando necessário será estimado o valor de R\$ 24.390,00.

O valor do investimento será custeado com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A contratação será por preço global onde a melhor proposta para a municipalidade deverá atender todas as exigências contidas neste estudo técnico.

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não haverá contratações correlatas. Os trabalhos necessários para o cumprimento do objeto serão desenvolvidos pelo contratante.

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A manutenção dos equipamentos de autoclave é uma exigência da Vigilância Sanitária.

12 - RESULTADOS PRETENDIDOS

A Secretaria Municipal de Saúde pretende garantir o funcionamento adequado das autoclaves, assegurando a esterilização adequada dos materiais evitando risco de contaminação para um correto manejo com os pacientes.

13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A contratante deverá disponibilizar as autoclaves para o contratado realizar a revisão nos dias solicitados, se possível na Secretaria Municipal de Saúde, caso necessário a retirada do equipamento será disponibilizada.

14 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há.

15 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE



MUNICÍPIO DE
**Salto
Veloso**

ESTADO DE SANTA CATARINA

() Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Salto Veloso, 30 de abril de 2024.

RudimarCornelli
Secretário Municipal de Saúde

() **AUTORIZADO**

() **NÃO AUTORIZADO**

Nereu Borga
Prefeito Municipal